

Odpowiedzi na pytania oferentów**Nazwa postępowania:** Dostawa aparatu USG.**Numer postępowania:** 2025/BZP 00447057/01 Numer referencyjny: PN/4/09/25**Tryb postępowania:** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie:
art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych.

Nr pytania	Data wpływu pytania	Treść pytania oferenta	Odpowiedź zamawiającego	Odniesienie do dokumentacji / podstawy prawnej	Uwagi
1	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 4 – umowa, §4 ust 4. Czy Zamawiający zmieni zapis z „Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad przedmiotu umowy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.” na „Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad przedmiotu umowy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą zapewniając ciągłość badań”?	TAK. Zamawiający zmieni zapis na „Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad przedmiotu umowy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą zapewniając ciągłość badań”	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 4 – umowa, §4 ust 4.	
2	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 4 – umowa, §9 ust 1 pkt 2 Czy Zamawiający zmieni zapis z „gdy Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy powyżej 5 dni roboczych” na „gdy Wykonawca jest w zwłoce w realizacji przedmiotu umowy powyżej 14 dni roboczych”	NIE. Zamawiający nie zmieni zapisu.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 4 – umowa, §9 ust 1, pkt 2.	
3	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 1a Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 20% na 10%	NIE. Zamawiający nie zmieni wysokości kar umownych.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 1a.	
4	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 1b Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?	NIE. Zamawiający nie zmieni wysokości kar umownych.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 1b.	
5	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 1c Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?	NIE. Zamawiający nie zmieni wysokości kar umownych.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 4 –	

Nr pytania	Data wpływu pytania	Treść pytania oferenta	Odpowiedź zamawiającego	Odniesienie do dokumentacji / podstawy prawnej	Uwagi
				umowa, §10 ust 1c.	
6	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 5 Czy Zamawiający zmieni łączną wysokość kar umownych z 30% na 20%?	NIE. Zamawiający nie zmieni wysokości kar umownych.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 4 – umowa, §10 ust 5.	
7	2-10-2025	Ad. SWZ – ROZDZIAŁ V – Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109, pkt 5. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dostarczenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ? Jeżeli nie, zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika JEDZ w wersji edytowalnej.	TAK. Zamawiający uzna spełnienie warunku dostarczenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ ROZDZIAŁ V – Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109, pkt 5.	
8	2-10-2025	Ad. Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia, pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w większy panel dotykowy 14 calowy o rozdzielczości 1920x1080, ale bez możliwości regulacji kąta pochylenia?	TAK. Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w większy panel dotykowy 14 calowy o rozdzielczości 1920x1080, ale bez możliwości regulacji kąta pochylenia.	Ustawa z 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych. SWZ Załącznik nr 2a – opis przedmiotu zamówienia, pkt 6	

W związku z publikacją odpowiedzi w trybie jawnym dane identyfikujące oferenta zostały pominięte zgodnie z zasadami postępowania.

- **Data opracowania odpowiedzi:** 6.10.2025 r.
- **Data publikacji odpowiedzi:** 6.10.2025 r.
- **Sposób publikacji:** X Strona internetowa zamawiającego X Platforma e-zamówienia

Osoba sporządzająca: Imię i nazwisko: Mirosław Sadowski
Stanowisko: Referent Ds. Administracyjno-Technicznych.

Zatwierdził: Imię i nazwisko: lek. Artur Radman
Stanowisko: Dyrektor

Podpis: