

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do analizatora immunodiagnostycznego wraz z jego dzierżawą.

FORMULARZ CENOWY

LP.	PASKI NASĄCZONE GRADIENTEM ANTYBIOTYKU	J.M.	ILOŚĆ NA ROK	Ilość opakow ań	CENA NETTO 1 OZN.	CENA BRUTTO 1 OZN.	CENA NETTO 1 OP.	CENA BRUTTO 1 OP.	WARTOŚĆ NETTO	VAT		WARTOŚĆ BRUTTO	NR KAT.	PRODUCENT / NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA
										%	zł			
1	TSH	ozn.	1020											
2	FT4	ozn.	480											
3	FT3	ozn.	120											
4	PSA	ozn.	1020											
5	BORELIOZA IgG	ozn.	420											
6	BORELIOZA IgM	ozn.	420											
7	INNE AKCESORIA /wymienić/													
LP.	OFEROWANY ANALIZATOR NAZWA TYP ROK	J.M.	WARUNKI GRANICZNE		ILOŚĆ MIESIĘCY			MIESIĘCZNA DZIERŻAWA NETTO	MIESIĘCZNA DZIERŻAWA BRUTTO	VAT		DZIERŻAWA W TRAKCIE TRWANIA UMOWY - WARTOŚĆ NETTO	NR KAT.	PRODUCENT / NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA
22		MIESIĄC	Zgodnie z tabelą: PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA		12					%	zł			
										X		RAZEM POZYCJE 1 - 22		
WARTOŚĆ ZADANIA Nr 10 SŁOWNIE (brutto):														

Kierownik Laboratorium
Wojtkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gliwicach
mgr Andrzej Fijałkowski
diagnosta laboratoryjny - SARS
specjalista diagnostyki laboratoryjnej

WARUNKI DODATKOWE

1	Pakiet stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi
2	Niespełnienie warunków granicznych oraz dodatkowych spowoduje odrzucenie oferty.
3	Ustawica odczynników gwarantuje bezpłatny udział Laboratorium w zakresie usług w ramach systemu kontroli badań Laboratorium Jinyi - Standard

Tabela: PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA

LP.	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH	TAK / NIE	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
1	Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą: nieizotopową.		
2	Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów.		
3	Możliwość wykonywania pojedynczych testów bez zwiększania kosztów		
4	Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu).		
5	Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min.		
6	Aparat bezglowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczonego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).		
7	Aparat nie wymagający wykonywania czynności stałowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych).		
8	W okresie trwania umowy: bezpłatny serwis analizatora i niezbędny sprzęt, bezpłatny roczny przegląd serwisowy z aktualizacją oprogramowania, dojazd i wykonanie usług serwisowych.		
9	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy: 48 godz.		
10	Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu		
11	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.		

Uwaga : Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

.....
data

.....
podpis Wykonawcy