

Załącznik nr 8											
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA											
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych odczynników do analityki ogólnej											
FORMULARZ CENOWY											
LP.	ZESTAW ODCZYNNIKOWY	MAKSYMALNE OPAKOWANIE	ILOŚĆ ozn. NA ROK	ILOŚĆ opakowań NA ROK	CENA NETTO 1 op.	CENA BRUTTO 1 op.	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	WARUNKI GRANICZNE	NR KAT.	PRODUCENT
1	CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF)	100 ozn.	100 ozn.	2 opak.					1. Test jakościowy - aglutynacyjny 2. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie 3. Wykrywalność: 30 IU/ml, wystandaryzowana		
2	hCG	30 ozn.	20 ozn.	1 opak.					1. Test płytkowy immunochromatograficzny w moczu i surowicy 2. Czułość analityczna: 10 IU/ml		
3	KRWIE UTAJONA W KALE (FOB)	25 ozn.	25 ozn.	11 opak.					1. Immunochromatograficzny test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale bez diety. 2. Cut off: 40 ng/ml		
4	SYPHILIS test	20 ozn.	100 testów	5 opak.					1. Test płytkowy, w zestawie zakraplacz i bufor		
5	Anty - HCV	50 testów	100 ozn.	4 opak.					1. Immunochromatograficzny test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, czułość i swoistość min. 99,8%		
6	Anty - HIV 1/2	50 testów	100 ozn.	4 opak.					1. Imuochromatograficzny test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności, czułość min. 99%, swoistość min. 99% Test wykrywający przeciwciała wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu 1(HIV-1) i typu 2 (HIV-2)		
7	HbsAg	50 testów	150 ozn.	6 opak.					1. Imnuchromatograficzny test płytkowy wykrywający antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B. Czułość i swoistość min. 99%		
8	Giardia lamblia	25 testów	25 testów	3 opak.					1. Immunochromatograficzny jakościowy test płytkowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale.		

Handwritten signature

9	Helicobacter pylori	25 testów	25 testów	2 opak.						1. Immunochromatograficzny jakościowy test płytkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale.		
---	---------------------	-----------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Wiley

10	Adenovirus/Rotavirus	25 testów	25 testów	3 opak.						1. Immunochromatograficzny jakościowy test płytkowy do wykrywania antygenów rotawirusa i adenowirusa i w kale. 2. Czulość min. 96%, swoistość min. 99% wyznaczona w porównaniu do metody ELISA.		
RAZEM												
1	WARUNKI DODATKOWE											
2	Oferowany asortyment musi spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych - należy dołączyć oświadczenie											
3	Wymóg dostarczenia ulotek/instrukcji użytkowania odczynników spełniających wymagania											
4	Pakiet stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi											
5	Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów											
	Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty											

Kierownik Laboratorium
 Wojskowej Specjalistycznej Prywatnej Lekarskiej
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Głogoku
mgr Andrzej Fudala
 diagnosta laboratoryjny - 5855
 specjalista diagnostyki laboratoryjnej

