

N/2/02/23 K.C.

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę odczynników do diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby WSPL w Giżycku

1. Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie oferty w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bez potwierdzenia pisemnego?

Tak, wyrazi zgodę

2. Zadanie 3

Poz. 8 – Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 4x60 ml + 4x20 ml, oferując 3 takie opakowania?

Tak, zaakceptuje

Poz. 18 – Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 1x60 ml + 1x15 ml, oferując 12 takich opakowań?

Tak, zaakceptuje

Poz. 19 – Czy Zamawiający zaakceptuje opakowanie 1x60 ml + 1x15 ml, oferując 2 takie opakowania?

Tak, zaakceptuje

3. Materiały pomocnicze do diagnostyki laboratoryjnej

Poz. 3 – Proszę o wskazanie jakich probówek oczekuje Zamawiający 3 ml czy 10 ml? Wymiar 12x55 mm wskazuje na probówkę 3 ml, natomiast dalej jest opis 10 ml.

Probówka z PS okrągłodenna o poj. 10 ml

4. Szybkie testy lateksowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny: „Ilość opakowań na rok” zaokrąglając ilości do pełnych opakowań?

Tak, wyrazi zgodę

Poz. 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje test pakowany po 30 ozn., oferując 1 takie opakowanie?

Tak, zaakceptuje

Poz. 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje test pakowany po 20 ozn., oferując 5 takich opakowań?

Tak, zaakceptuje

Poz. 7 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o swoistości 99,89%, spełniający pozostałe wymagania?

Tak, zaakceptuje

Poz. 10 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o czułości dla rotawirusa 96,3%,

spełniający pozostałe wymagania?

Tak, zaakceptuje

Poz. 11 i 12 – Prosimy o wydzielenie tych pozycji z pakietu, odczynniki te są wysokotoksyczne i oferowane są przez firmy sprzedające odczynniki chemiczne.

Zamawiający rezygnuje z poz. 11 i 12.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w postaci ciekłej o trwałości min. 14 dni w temp. lodówki, w opakowaniu 12 x 2 ml **Tak, wyrazi zgodę**

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w postaci liofilizatu, tromboplastyna z mózgow króliczych – rozpuszczana buforem zawartym w zestawie, o trwałości po otwarciu min. 12 dni w temp. lodówki, w opakowaniu 10 x 5 ml, z ISI 1,16? **Tak, wyrazi zgodę**

7. W związku z zobowiązaniem wykonawcy do wykonania przeglądu technicznego wraz z dojazdem (wymóg z zał. 1 formularz cenowy, warunki dodatkowe, pkt 2) oraz zapisami wzoru umowy dostawy odczynników (par. 3 pkt 2), które nie zobowiązują Zamawiającego do wykupienia konkretnej ilości odczynników, prosimy o modyfikację umowy w taki sposób, że:

- Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu konkretnej ilości odczynników (np. 80% wartości umowy) lub

- Usunięcie zapisu o konieczności wykonania bezpłatnego przeglądu lub

- Dodanie do formularza ofertowego pozycji w której będzie można wycenić przegląd techniczny wraz z dojazdem.

Zamawiający odstępuje od wymogu wykonania bezpłatnego przeglądu.

Do SWZ do przedmiotu zamówienia

8. Dotyczy Załącznika nr 4 zadanie 4- (omyłkowo wpisane zadanie 10 przy sumie) - Czy Zamawiający zmodyfikuje: Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy: 48 godz w dni robocze? **Tak, wyrazi zgodę.**

9. Dotyczy SWZ Rozdz Termin i miejsce składania ofert – Czy Zamawiający odstąpi od dodatkowego potwierdzenia złożonej oferty w formie pisemnej? Oferta złożona będzie elektronicznie i podpisana podpisem kwalifikowanym co zachowuje ważność tak jak forma papierowa? **Tak, odstąpi**

Pytania do Umowy (Zał. nr 7):

10.1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej a kopie tych dokumentów (poświadczony za zgodność z oryginałem) najpóźniej w momencie

realizacji pierwszej dostawy. Niedostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia danej partii towaru. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie kart charakterystyk w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. *Zobowiązanie dotyczyć będzie tylko odczynników/materiałów, dla których wymagana jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do kart charakterystyk w ich zawsze najbardziej aktualnej wersji. **Tak, wyraża zgodę**

11.2 ust. 2 zdanie pierwsze – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający będzie składał Wykonawcy pisemne zamówienie na dostarczenie określonej ilości i rodzaju asortymentu za pośrednictwem emaila na adres:, które powinno zawierać co najmniej:”?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje zrezygnować z użytkowania faksu w zw. z czym prosimy o zmianę formy składani zamówień. **Tak, wyraża zgodę**

12.2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych? **Nie, nie wyraża zgody**

13.5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie protokół wystawiony przez Wykonawcę na zamówioną ilość i rodzaj wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy, podpisywany każdorazowo przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, list przewozowy dostarczany przez kuriera bądź inny dokument potwierdzający fakt odbioru zamówienia”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu o sformułowanie umożliwiające potwierdzenie faktu realizacji zamówienia poprzez podpisanie przez Zamawiającego innego dokumentu. Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy przewozowej w zakresie realizacji dostaw towaru transportowanego z zagranicy Polski Wykonawca nie ma możliwości przekazania protokołu kurierowi/ firmie przewozowej. Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie zadanego pytania. **Tak, wyraża zgodę**

14.6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać dane dotyczące ilości opakowań zbiorczych, datę ważności produktów, numer serii zgodnie z dostarczonym towarem oraz wyspecyfikowany cały asortyment

zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu”. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć faktury w formie pisemnej do laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z siedzibą: 11-500 Gizycko, ul. Obwodowa 3
Tak, wyraża zgodę

Uzasadnienie: Mając na uwadze pytanie dot. §5 ust. 3 Umowy dot. rozszerzenia postanowienia o możliwość potwierdzania odbioru w innej formie niż poprzez przekazanie protokołu odbioru Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie użytego w przedmiotowym postanowieniu sformułowania „Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury na dostarczone materiały na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru. Ponadto Wykonawca nie ma możliwości zamieszczenia w treści faktury adnotacji, że dostawa jest zgodna z zamówieniem i zawartą umową ze względu na zcentralizowany korporacyjny system rozliczeń.

Tak, wyraża zgodę

15.8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, a reklamację dotyczącą wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania powiadomienia. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej jak również za pośrednictwem emaila na adres:”?

Tak, wyraża zgodę

16.8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany towaru wadliwego na produkt wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych, licząc od chwili uznania reklamacji za zasadną lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”?

Tak, wyraża zgodę

17.9 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w przypadku braku możliwości dostarczenia towaru z winy Wykonawcy – w wysokości 3 % wartości brutto nie dostarczonego towaru.”? **Nie, nie wyraża zgody**

Pytania do Umowy dzierżawy (Zał. nr 8):

18.3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Czas telefonicznej reakcji serwisu wynosi maksymalnie 48 godzin w dni robocze, liczone od chwili zgłoszenia usterki lub awarii, przy czym maksymalny czas naprawy urządzenia wynosi maksymalnie 4 dni od dnia zgłoszenia.”? **Tak, wyraża zgodę.**

Dotyczy Formularza asortymentowo cenowego dla pakietu nr 5 (system próżniowy).

19. W związku z faktem, że podana ilość do wyceny jest w jednostce miary sztuka, a cenę Wykonawca powinien podać za opakowanie handlowe zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie kolumny ilość opakowań oraz wyrażenie zgody na podanie w ww kolumnie ilości pełnych opakowań wystarczających do zabezpieczenia wymienionej ilości sztuk. **Tak, wyraża zgodę.**
20. Prosimy o informację jaką ilość miesięcy ma przyjąć wykonawca w dzierżawie aparatu do OB.? **Umowa będzie zawarta do końca 2023 r.**
21. Dotyczy §1 ust. 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania dokumentów w zamian za udostępnienie strony www do samodzielnego pobierania dokumentów. **Zamawiający wyraża zgodę.**
22. Dotyczy §1 ust. 5 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt etykiet handlowych w języku polskim? **Tak, wyraża zgodę.**
23. Dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy oraz ogłoszenia o zapytaniu. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jaki czas zawarta ma zostać umowa. W ogłoszeniu widoczna jest informacja, że realizacja będzie trwała do końca 2023 roku, we wzorze umowy jest zapisana okres obejmujący również rok 2024 **Umowa zostanie zawarta do końca 2023 r.**
24. Dotyczy §2 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z dostaw cito w przypadku produktów z pakietu nr 5. **Zamawiający nie wyraża zgody.**
25. Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie faktur przesyłanych w formacie pdf na adres e-mail Zamawiającego. **Nie wyraża zgody**
26. Dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy oraz ogłoszenia o zapytaniu. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaki jest obowiązujący termin płatności 14 czy 30 dni. **Termin płatności 30 dni.**
27. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie próbek do koagulologii, z terminem przydatności przedmiotu od dnia dostarczenia zamawianej partii do Zamawiającego do 4 miesięcy. **Zamawiający wyraża zgodę.**
28. Czy zamawiający zezwala na modyfikacje formularza cenowego poprzez dokonanie zmiany kolumny oznaczonej jako „cena jednostkowa za oznaczenie” na opisanie jej jako „cena za jedno opakowanie”? Zamawiający w kolumnie „jednostka miary” posługuje się ilością opakowań a nie oznaczeń? W tej sytuacji formularz jest niemożliwy do wypełnienia z uwagi na brak podanej ilości oznaczeń. **Tak, wyraża zgodę.**
29. Ponadto w wierszu dotyczącym „Odczynnik czyszczący enzymatyczny” oraz w wierszu „Lizat do analizatora hematologicznego” zamawiający wpisał pojemność 20l. Czy Zamawiający zezwala by oferta przygotowana przez Wykonawcę uwzględniała mniejszą pojemność opakowania odczynnika czyszczącego oraz lizatu tj. pojemność 1 litra. Zmiana podyktowana jest sposobem konfekcjonowania odczynnika jak i ilością jego zużycia podczas oznaczania morfologii. **Tak, zamawiający zezwala uwzględnienie mniejszej pojemności odczynników (1l).**
30. Zamawiający dopuścił składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu a następnie potwierdzenie jej w formie pisemnej. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej? **Tak, dopuści.**

Giżycko, 15.03.2023 r.

(-) Andrzej Fudala
Kierownik Laboratorium
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Giżycku
mgr Andrzej Fudala
diagnosta laboratoryjny - 5855
specjalista diagnostyki laborat.

