

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – załącznik nr 2 do ogłoszenia

Czy zamawiający zezwala na modyfikacje formularza cenowego poprzez dokonanie zmiany kolumny oznaczonej jako „cena jednostkowa za oznaczenie” na opisanie jej jako „cena za jedno opakowanie”? Zamawiający w kolumnie „jednostka miary” posługuje się ilością opakowań a nie oznaczeń? W tej sytuacji formularz jest niemożliwy do wypełnienia z uwagi na brak podanej ilości oznaczeń.

Tak, Zamawiający zezwala na modyfikację formularza cenowego poprzez dokonanie zmiany kolumny oznaczonej jako „cena jednostkowa za oznaczenie” na opisanie jej jako „cena za jedno opakowanie.

Ponadto w wierszu dotyczącym „Odczynnik czyszczący enzymatyczny” oraz w wierszu „Lizat do analizatora hematologicznego” zamawiający wpisał pojemność 20l. Czy Zamawiający zezwala by oferta przygotowana przez Wykonawcę uwzględniała mniejszą pojemność opakowania odczynnika czyszczącego oraz lizatu tj. pojemność 1 litra. Zmiana podyktowana jest sposobem konfekcjonowania odczynnika jak i ilością jego zużycia podczas oznaczania morfologii.

Tak, Zamawiający zezwala by oferta przygotowana przez Wykonawcę uwzględniała mniejszą pojemność opakowania odczynnika czyszczącego oraz lizatu tj. pojemność 1 litra.

2. Forma składania oferty

Zamawiający dopuścił składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu a następnie potwierdzenie jej w formie pisemnej. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej?

Tak, Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej.

Zadanie 8

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć liczbę testów zaoferowanych w zadaniu nr 8 na odpowiednią liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby opakowań przez testy nie jest liczbą całkowitą?

Proszę podać liczbę opakowań w zaokrągleniu do pełnego opakowania.

Zadanie 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy ilość oferowanych oznaczeń należy obliczyć mnożąc ilość opakowań na rok razy ilość oznaczeń na rok?

Tak, kolumna z ilością opakowań jest do wypełnienia przez Oferenta i jest zależna od konkretnej konfekcji testów.

Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu odczynnikowego, którego czułość analityczna: 8 IU/ml RF (zgodnie z referencyjnym standardem WHO 64/1)?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 40 sztuk testów?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bardziej czułego niż wymagany, którego czułość analityczna wynosi 10 ng/ml?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 40 sztuk testów?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 99,1% i swoistości 99,6%?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego wirusa HIV typu 0/1/2?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność wynoszą:

dla Rotawirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 98,8%,

dla Adenowirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 99,5%?

(wartości określono na podstawie porównania wyników z wynikami uzyskanymi innym testem komercyjnym)

Tak, wyrazi zgodę

Dot. ogłoszenia – Termin i miejsce składania ofert:

Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie oferty w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bez potwierdzenia pisemnego?

Tak, Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej.

Zadanie 7 – Dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 10 ml i wymiarze 16x100 mm?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 – Szybkie testy diagnostyczne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w kolumnie: „Ilość opakowań na rok” Wykonawca podał ilość wg. własnych opakowań zaokrąglając ilości do pełnych opakowań?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Poz. 3 – Z uwagi na rozbieżność ilości oznaczeń na rok, a ilością opakowań na rok proszę o wskazanie jakiej ilości oznaczeń oczekuje Zamawiający?

Zamawiający oczekuje, że Oferent podając w kolumnie liczba op. poda ilość op. niezbędną do zrealizowania ilości oznaczeń na rok zaokrąglając do pełnego opakowania w zależności od konfekcji oferowanego testu.

Zadanie 5 - Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi z dzierzawą czytnika do OB,

opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w punkcie 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do koagulologii z

3,2 % cytrynianem sodu o pojemności 1,8 ml, (13x75 mm)? Probówka posiada

zredukowaną przestrzeń martwą powstałą przez umieszczenie probówki w probówce

przy zachowaniu proporcji mieszania 1:9 (1część cytrynianu do 9 części krwi).

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej probówki.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w punkcie 3 wymaga probówki do OB o parametrach i wymiarach

takich samych jak w punkcie 1?

Tak, proszę zaoferować probówkę taką jak w pkt. 1

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w punkcie 6 - igła systemowa -bezpieczna z zabezpieczeniem

zintegrowanym z igłą nr 7, wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości ostrza 32 mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły o długości ostrza 32 mm.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w punkcie 7 - igła systemowa -bezpieczna z zabezpieczeniem

zintegrowanym z igłą nr 8, wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości dł. 32 mm?

Tak , wyraża zgodę

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punkcie 5 nakłuwaczy

konfekcjonowanych w opakowaniach po 100szt?

Tak , wyraża zgodę

