

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – załącznik nr 2 do ogłoszenia

Czy zamawiający zezwala na modyfikacje formularza cenowego poprzez dokonanie zmiany kolumny oznaczonej jako „cena jednostkowa za oznaczenie” na opisanie jej jako „cena za jedno opakowanie”? Zamawiający w kolumnie „jednostka miary” posługuje się ilością opakowań a nie oznaczeń? W tej sytuacji formularz jest niemożliwy do wypełnienia z uwagi na brak podanej ilości oznaczeń.

Tak, Zamawiający zezwala na modyfikację formularza cenowego poprzez dokonanie zmiany kolumny oznaczonej jako „cena jednostkowa za oznaczenie” na opisanie jej jako „cena za jedno opakowanie.

Ponadto w wierszu dotyczącym „Odczynnik czyszczący enzymatyczny” oraz w wierszu „Lizat do analizatora hematologicznego” zamawiający wpisał pojemność 20l. Czy Zamawiający zezwala by oferta przygotowana przez Wykonawcę uwzględniała mniejszą pojemność opakowania odczynnika czyszczącego oraz lizatu tj. pojemność 1 litra. Zmiana podyktowana jest sposobem konfekcjonowania odczynnika jak i ilością jego zużycia podczas oznaczania morfologii.

Tak, Zamawiający zezwala by oferta przygotowana przez Wykonawcę uwzględniała mniejszą pojemność opakowania odczynnika czyszczącego oraz lizatu tj. pojemność 1 litra.

2. Forma składania oferty

Zamawiający dopuścił składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu a następnie potwierdzenie jej w formie pisemnej. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej?

Tak, Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej.

Zadanie 8

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć liczbę testów zaoferowanych w zadaniu nr 8 na odpowiednią liczbę opakowań w sytuacji, w której wynik dzielenia liczby opakowań przez testy nie jest liczbą całkowitą?

Proszę podać liczbę opakowań w zaokrągleniu do pełnego opakowania.

Zadanie 8

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy ilość oferowanych oznaczeń należy obliczyć mnożąc ilość opakowań na rok razy ilość oznaczeń na rok?

Tak, kolumna z ilością opakowań jest do wypełnienia przez Oferenta i jest zależna od konkretnej konfekcji testów.

Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu odczynnikowego, którego czułość analityczna: 8 IU/ml RF (zgodnie z referencyjnym standardem WHO 64/1)?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 40 sztuk testów?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bardziej czułego niż wymagany, którego czułość analityczna wynosi 10 ng/ml?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 40 sztuk testów?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 99,1% i swoistości 99,6%?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego wirusa HIV typu 0/1/2?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność wynoszą:

dla Rotawirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 98,8%,

dla Adenowirusów: czułość – 99,9%, specyficzność – 99,5%?

(wartości określono na podstawie porównania wyników z wynikami uzyskanymi innym testem komercyjnym)

Tak, wyrazi zgodę

Dot. ogłoszenia – Termin i miejsce składania ofert:

Czy Zamawiający zaakceptuje złożenie oferty w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bez potwierdzenia pisemnego?

Tak, Zamawiający dopuści złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym już bez konieczności potwierdzania oferty w formie pisemnej.

Zadanie 7 – Dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki laboratoryjnej

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. 10 ml i wymiarze 16x100 mm?

Tak, wyrazi zgodę

Zadanie 8 – Szybkie testy diagnostyczne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w kolumnie: „Ilość opakowań na rok” Wykonawca podał ilość wg. własnych opakowań zaokrąglając ilości do pełnych opakowań?

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Poz. 3 – Z uwagi na rozbieżność ilości oznaczeń na rok, a ilością opakowań na rok proszę o wskazanie jakiej ilości oznaczeń oczekuje Zamawiający?

Zamawiający oczekuje, że Oferent podając w kolumnie liczba op. poda ilość op. niezbędną do zrealizowania ilości oznaczeń na rok zaokrąglając do pełnego opakowania w zależności od konfekcji oferowanego testu.

Zadanie 5 - Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi z dzierżawą czytnika do OB,

opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w punkcie 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do koagulologii z

3,2 % cytrynianem sodu o pojemności 1,8 ml, (13x75 mm)? Probówka posiada

zredukowaną przestrzeń martwą powstałą przez umieszczenie probówki w probówce

przy zachowaniu proporcji mieszania 1:9 (1część cytrynianu do 9 części krwi).

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej probówki.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w punkcie 3 wymaga probówki do OB o parametrach i wymiarach

takich samych jak w punkcie 1?

Tak, proszę zaoferować probówkę taką jak w pkt. 1

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w punkcie 6 - igła systemowa -bezpieczna z zabezpieczeniem

zintegrowanym z igłą nr 7, wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości ostrza 32 mm?

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie igły o długości ostrza 32 mm.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w punkcie 7 - igła systemowa -bezpieczna z zabezpieczeniem

zintegrowanym z igłą nr 8, wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości dł. 32 mm?

Tak , wyraża zgodę

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w punkcie 5 nakłuwaczy

konfekcjonowanych w opakowaniach po 100szt?

Tak , wyraża zgodę

1. Dotyczy ogłoszenia, termin i miejsce składania ofert. Czy Zamawiający odstąpi od przesłania oferty w formie pisemnej i zgodzi się, aby wykonawca złożył ofertę podpisaną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Złożony podpis elektroniczny w formie kwalifikowanej wywołuje identyczny skutek prawny, jak podpis własnoręczny, w związku z tym Zamawiający otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail oryginał oferty.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie terminu płatności i ujednolicenie zapisu. W ogłoszeniu o zamówienie widnieje informacja o 14 dniowym terminie płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej Faktury VAT, natomiast w obu wzorach umów, jest informacja o 30 dniowym terminie zapłaty.

Zamawiający wymaga min. 30 dniowego okresu płatności.

3. Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, Wzoru umowy na dostawę odczynników. §1, pkt 3. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania oraz dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dowodu dopuszczenia do obrotu i używania wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy, na każde wezwanie Zamawiającego”?

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

4. Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ, Wzoru umowy na dostawę odczynników. §1, pkt 4. Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart charakterystyk substancji niebezpiecznych i zgodzi się na udostępnienie strony biblioteki technicznej Wykonawcy, na której znajdują się wszystkie wymagane dokumenty lub przedstawi dokumentację na każde wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

Pytania do wzoru umowy (Załącznika nr 9 do SWZ):

5. §1 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób: „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania oraz udostępnienia do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem *www.* lub dostarczenia Zamawiającemu aktualnego dowodu dopuszczenia do obrotu i używania wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy.”?

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość

pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów, SKJ, ulotek, instrukcji czy kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

6. §1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób: „Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy pod adresem *www.* lub dostarczyć kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej, a kopie tych dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) najpóźniej w momencie realizacji pierwszej dostawy. Nieudostępnienie lub niedostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w sposób wskazany w zdaniu pierwszym uprawnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia danej partii towaru. *Zobowiązanie

dotyczyć będzie tylko odczynników/materiałów , dla których wymagana jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość

pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

7. **§2 ust. 2 zdanie pierwsze – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie formy składania zamówień przy użyciu faksu formą elektroniczną e-mail, ewentualnie czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne możliwość składania zamówień przy użyciu emaila i dokona modyfikacji zdania pierwszego na:** „Zamawiający będzie składał Wykonawcy pisemne zamówienie na dostarczenie określonej ilości i rodzaju asortymentu za pośrednictwem e-maila na adres:lub faksu na nr 56 46 35 989 , które powinno zawierać co najmniej:”?

Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie

8. **§2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?**

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **§2 ust. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu „natomiast realizacja zamówienia na „cito” następować będzie w ciągu 48 godzin w dni robocze, od momentu złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie wpłynie do wykonawcy do godz. 9”?**

Zamawiający wyraża zgodę.

10. **§5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób:** „Potwierdzeniem wykonania dostawy będzie list przewozowy przekazany przez kuriera (również w wersji elektronicznej w systemie kuriera) lub protokół wystawiony przez Wykonawcę na zamówioną ilość i rodzaj wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy, podpisywany każdorazowo przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego”?

Uzasadnienie: W zakresie realizacji dostaw Wykonawca korzysta z usług firmy kurierskiej/ przewozowej zapewniającej właściwe warunki transportu. Standardowo fakt realizacji zamówienia potwierdzany jest każdorazowo na liście przewozowym przekazanym przez kuriera lub w formie podpisu w systemie informatycznym firmy

kurierskiej.

Zamawiający wyraża zgodę.

11. **§6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób:** „Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury na dostarczone materiały na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru lub listu przewozowego udostępnionego przez kuriera. Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny spełniać wymogi określone przepisami, a ponadto zawierać dane dotyczące ilości opakowań zbiorczych, datę ważności produktów, numer serii zgodnie z dostarczonym towarem oraz wyspecyfikowany cały asortyment zawarty w opakowaniach zbiorczych z podaniem ilości każdego asortymentu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć faktury w formie pisemnej

do laboratorium Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ z siedzibą: 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 3.”?

Zamawiający wyraża zgodę.

12. **§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w niżej zaproponowany sposób:**
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych, licząc od chwili przekazania informacji o reklamacji, w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jej treścią”?

Zamawiający wyraża zgodę.

13. **§10 ust. 3 pkt 2 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:** *„Wykonawca nie dostarczył lub nie udostępnił Zamawiającemu aktualnego dowodu dopuszczenia do obrotu stosowania wyrobów będących przedmiotem niniejszej umowy,”?*

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. **§10 ust. 3 pkt 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:** *„Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową, co uniemożliwiło lub utrudniło Zamawiającemu wykonanie czynności, do których został powołany a w szczególności zagroziło zdrowiu lub życiu pacjentów.*

Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do APTT w postaci ciekłej o trwałości min. 14 dni w temp. lodówki, w opakowaniu 12 x 2 ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika do PT w postaci liofilizatu, tromboplastyna z mózgów króliczych – rozpuszczana buforem zawartym w zestawie, o trwałości po otwarciu min. 12 dni w temp. lodówki, w opakowaniu 10 x 5 ml, z ISI 1,16?

Zamawiający wyraża zgodę.

3. W związku z zobowiązaniem wykonawcy do wykonania przeglądu technicznego wraz z dojazdem (wymóg z zał. 1 formularz cenowy, warunki dodatkowe, pkt 2) oraz zapisami wzoru umowy dostawy odczynników (par. 3 pkt 2), które nie zobowiązują Zamawiającego do wykupienia konkretnej ilości odczynników, prosimy o modyfikację umowy w taki sposób, że:

- Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu konkretnej ilości odczynników (np. 80% wartości umowy) lub
- Usunięcie zapisu o konieczności wykonania bezpłatnego przeglądu lub
- Dodanie do formularza ofertowego pozycji w której będzie można wycenić przegląd techniczny wraz z dojazdem

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu i nie będzie wymagał przeprowadzenia przeglądu.

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 test FOB o czułości 10 ng/ml?
Tak, zamawiający dopuści .

2. Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania antygeny rotawirusa i adenowirusa o parametrach: Czułość powyżej 95 % swoistość powyżej 97 % wyznaczone w porównaniu do testy lateksowego?

Tak, dopuści.