

Giżycko, dnia 04 września 2025 r.

Nr zamówienia: 2025/BZP 00404439/01

SPROSTOWANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na **Dostawę aparatu USG.**

Podstawa prawna: art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Zamawiający informuje o sprostowaniu treści SWZ Załącznik 2a – Opis techniczny w następującym zakresie:

1. SWZ Załącznik 2a – Opis techniczny – 75. Głowice:

Było: poz. 78. Głowica sektorowa do badań kardiologicznych

- zakres częstotliwości pracy min. 1,5 - 12 MHz

Jest: poz. 78. Głowica sektorowa do badań kardiologicznych Phased Array

- zakres częstotliwości pracy minimum 1 - 5 MHz

Pozostałe postanowienia SWZ Załącznik 2a – Opis techniczny w pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

Dostosowanie do aktualnych standardów rynkowych.

- Aktualizacja opisu pozwala uwzględnić rozwiązania oferowane przez większą liczbę producentów, co zwiększa konkurencyjność postępowania i minimalizuje ryzyko zarzutu „opisu pod konkretny produkt” (art. 99 ust. 4 Pzp).

Zapewnienie równoważności i uczciwej konkurencji.

- Zmiana parametrów na wartości zakresu częstotliwości od 1 do 5 MHz umożliwia oferowanie urządzeń równoważnych, które spełniają wymagania funkcjonalne Zamawiającego, ale mogą mieć nieco inne rozwiązania konstrukcyjne.
- Doprecyzowanie zgodne z art. 101 ust. 1 Pzp, opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający składanie ofert równoważnych.

Z poważaniem,

Dyrektor lek. Artur Radman